

ADENDA NRO. 1 A LA CONVOCATORIA PUBLICA 002 DE 2025

La E.S.E. BELLOSALUD, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación estatal, informa a los interesados en el proceso de contratación No. 002 de 2025 que se han realizado los siguientes ajustes:

Modificación de los Requisitos Financieros Mínimos

Indicador	Requisito mínimo
Índice de Liquidez	Mayor o igual a 6.0
Índice de Endeudamiento	Menor o igual al 20 %
Razón de Cobertura de Intereses	Igual o mayor a 20
Capital de Trabajo	Igual o superior al 70 % del valor ofertado
Endeudamiento Total (PT/AT x 100)	Igual o inferior al 20 %

2. Supresión del Indicador “Liquidez (AC/PC)”

Con el fin de evitar duplicidad en la evaluación financiera, se suprime el indicador denominado “Liquidez (AC/PC)”, el cual hacía referencia a la misma relación financiera ya contemplada en el Índice de Liquidez. En consecuencia, este último será el único indicador considerado para evaluar la solvencia corriente del oferente.

3. Aclaración sobre el valor exigido del Índice de Liquidez

Se aclara que el valor definitivo y único exigido por la Entidad para el Índice de Liquidez corresponde a:

Índice de Liquidez: Mayor o igual a 6.0

Cualquier referencia diferente contenida en el pliego se entiende modificada conforme a lo indicado en la presente adenda.

Aclaraciones Técnicas a Los Términos De Referencia:

EQUIPOS	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	
Báscula digital tipo adulto - grado médico	BASCULA DIGITAL ADULTO GRADO MEDICO. Báscula digital pesa persona Capacidad máxima: 180 kg o mayor Mecanismo: Electrónico Fuente de alimentación: Pilas AA o AAA Material: plástico de alta resistencia Dimensiones: 34 x 34 x 2,8 Display: dígitos LED 38mm	60	
Tensiómetro adulto	TENSIOMETRO ADULTO: Tensiómetro aneroide de alta calidad con	60	



	<p>práctico estuche para fácil transporte y almacenamiento, su manómetro de alta precisión y brazaletes universales libres de látex permiten una medición confiable. Rango de indicación de presión: 0 ~ 300 mmHg Precisión de la visualización: ± 3 mmHg Circunferencia del brazalete: 22 cm a 42 cm ± 5 cm Brazalete: NYLON Pera: En látex con Válvula de liberación de aire estándar, Conector de aire: PVC Entorno operativo: +10 °C a +40 °C, 15% a 85% de humedad relativa</p>		
Equipo de órganos de los sentidos portátil	<p>EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. Kit de órganos y sentidos con fibra óptica 2 bases, 2 cabezales, cuenta con un otoscopio y oftalmoscopio, para examinar oídos y ojos respectivamente. Indispensable para realizar consulta médica y revisión general. Con su práctico estuche lo hace fácil de almacenar y transportar. OTOSCOPIO: Aumento de visualización 3X Tipo de iluminación: Fibra óptica, Tipo de bombillo: Led Base independiente. OFTALMOSCOPIO: Tipo de iluminación: Iluminación directa Tipo de bombillo: Led Base independiente 5 tipos de apertura.</p>	60	
Tallímetro	<p>TALLIMETRO PORTATIL. características: – Material: ABS – Especificaciones técnicas: – Con base de piso. – Rango de medida: 0 – 2 Metros o mayor.</p>	60	



Vigencia y efectos

Esta adenda hace parte integral del Pliego de Condiciones y será vinculante para todos los efectos del proceso de contratación, las modificaciones aquí contenidas prevalecen sobre las disposiciones inicialmente publicadas que les sean contrarias.



CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
Gerente
ESE BELLOSALUD

